ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO:
Código: OAD-MAN-FR-008
Versión: 1
Fecha Actualización: 09/08/2009
Página 1 de 3

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-4382B	Fecha Inicio	28/06/21 9:02	Fecha Fin	28/06/21 11:34

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SOLICITUD TERCERO OPERATIVO (SI APLICA)

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90%-95%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 Hz)	Pila (50 Hz)	"Flujo a 0" (1.0 l/m)	REJILLAS (5 Hz)	FILTROS (5 Hz)	BASE (5 Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (32 Hz)	MANIJA (32 Hz)	RUEDAS (5 Hz)	OBSERVACIONES
	9052	6.5	87.9	5	5	5	6.5	5	5	5	NO	5	5	Flag 7. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	1 hora	Generó Alarma	No		Si X	Cual?	60		
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS										
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	5	Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripcion		Resultado
1	Estado Pila 6.5. V	Verifica voltaje de la pila		6v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumáticas del equipo		OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo		OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo		OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte		Fuerte
6	Otros:			
7	Otros:			

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Jarrete	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion		Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)		ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y (LL-LO-ES)		LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora		OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica		OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de alivio de compresor		OK
6	Otros:			
7	Otros:			
8	Otros:			

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90%-95%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 Hz)	Pila (50 Hz)	"Flujo a 0" (1.0 l/m)	REJILLAS (5 Hz)	FILTROS (5 Hz)	BASE (5 Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (32 Hz)	MANIJA (32 Hz)	RUEDAS (5 Hz)	OBSERVACIONES
	9059	6.9	97.3	5	5	5	ES	5	5	5	NO	5	5	Funcana Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO