ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 08/08/2018
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-2218B	Fecha Inicio	28/06/21 7:32	Fecha Fin	28/06/21 10:50

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

HISTORIA REPORTADA/UBICACIÓN DE EQUIPO

PAÍS	CAMA	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento

HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUXOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REGILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
				Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	MANIJA		
(Hrs)	(6-7 PSI)	(85%- 95%)	(5l/m)	(Si/No)	(Si/No)	(Si/No)	(Si / No)	(Si / No)	(Si / No)	(Si / No)	(Si / No)	(Si/No)	
23560	4.1	60.2	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	7 min	Generó Alarma	No		Si	X	Cual?	Ninguno

2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		X Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS					
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripcion		Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila		4.80
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo		OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo		Ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo		OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte		fuerte
6	Otros:			
7	Otros:			

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Alerta Compresor	1			
	Manguera Tubo Refrigeración	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion		Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Rotámetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - ES)		ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo a LSD amarillo y (LL-LD-ES)		LD
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora		Bueno
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica		Bueno
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor		Bueno
6	Otros:			
6	Otros:			
6	Otros:			

En Mantenimiento

HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUXOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REGILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
				Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	MANIJA		
(Hrs)	(6-7 PSI)	(85%- 95%)	(5l/m)	(Si/No)	(Si/No)	(Si/No)	(Si / No)	(Si / No)	(Si / No)	(Si / No)	(Si / No)	(Si/No)	
23565	6.0	95.1	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO