

<b>OXIPro</b>		<b>ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES</b>				FORMAYO LACRUZ-PR-001	
Fecha Emisión		Revisión #		Auxilio Mantenimiento		Página 1 de 2	
Codigo Equipo		Fecha Inicio		Fecha Fin		No. Orden	
MV-1786B		28/06/11 7:33		28/06/11 9:47			
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI		NO <input checked="" type="checkbox"/>		FECHA FIN AISLAMIENTO	
FALLA / CAUSA / AÑO / SERIE / DADO		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		FECHA FIN AISLAMIENTO	
		filtro lateral (desgastado)		1			
						SI	
						NO	
						SI	
						NO	
						SI	
						NO	
						SI	
						NO	
						SI	
						NO	
						SI	
						NO	
						SI	
						NO	

En Mantenimiento	HOMOMETRO	PRESION	CARGADO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REALAR	FILTROS	SAUC	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	MANEJA	RUEDAS		
	900	6.3	97.7	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mont Preventivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		2 hora(s)		Generó Alarma		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
3. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONDICIONES		Buena		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OX
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OX
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OX
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OX
6	Otros:		OX
7	Otros:		OX

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - L3)	ES
2	Flujo Medio	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-L3))	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OX
4	Desconexión tarjeta de Baja	Desconecta líneas eléctricas	OX
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OX
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HOMOMETRO	PRESION	CARGADO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REALAR	FILTROS	SAUC	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	MANEJA	RUEDAS		
	900	6.2	97.3	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Correcto por mantenimiento de Williams G.
FIN DE MANTENIMIENTO															