ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Version: 1	Fecha Actualizacion: 05/08/2019
Pagina 1 de 2	

Fecha Remisión: | Remision #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: 7FSAB2197220400 | Fecha Inicio: 29/06/21 7:33 | Fecha Fin: 29/06/21 9:26

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO/ OPERACION DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/Min)	Pila (3 V Min)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5 l/Min)	FILTROS (5 l/Min)	BASE (5 l/Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 90)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (50 - 90)	RUEDAS (5 l/Min)	OBSERVACIONES
	8911	6.6	97.6	5 l/Min	5 l/Min	5 V	ES	5 l/Min	5 l/Min	5 l/Min	5	5	5	Mon 1. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba: 90 min	Generó Alarma: NO	Si:	Cual?			
2. RUIDO EXTRAÑO	Si:	No: X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas: X	Malas:	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Buen: X / Malo:
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	5 l/Min	Con Sobrecalentamiento		

CONDICIONES TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumática del equipo	OK
3	Conexión electrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electronica	Se verifican las conexiones electronicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

REPARACIONES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS FALLAS REPORTADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activacion de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión electrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexion tarjeta de flujo	Desconecta linea electrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

SALIDAS DEL SISTEMA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/Min)	Pila (3 V Min)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5 l/Min)	FILTROS (5 l/Min)	BASE (5 l/Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 90)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (50 - 90)	RUEDAS (5 l/Min)	OBSERVACIONES
	8911	6.5	98.6	5 l/Min	5 l/Min	5 V	ES	5 l/Min	5 l/Min	5 l/Min	5	5	5	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: William G.