Pro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Apertura | Operador | Turno Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: Mx. 606B | Fecha Inicio: 29/06/21 7:33 | Fecha Fin: 29/06/21 9:29

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SISTEMA REPORTADO OPERADOR DE DRAGADO

FALLA	DAÑO	CLAVE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID REPORTE	REPUESTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

PARÁMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	ORDENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Descripción	Prueba	Prueba #	REGLAS	FLITRO	BAJO	CÓDIGO DE ALARMAS		FALLAS	OBSERVACIONES
	Hrs	Lb / Pulg	MPL - MPH	Gpm	Alarma Alta	Alarma Baja	Alarma Vacío				Alarma Alta	Alarma Baja		
	22473	6.8	97.8	Si	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 90 min | Ciclos Alarma: 10 | Ciclos:
2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Bueno [X] | Malo [ ] | 4. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN: Bueno [X] | Malo [ ]
5. DAÑOS IDENTIFICADOS:
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONEXIÓN DE LA MANGUERA: Si

DIAGNÓSTICO TALLER

RETIRO PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
	Cerado Prueba S.T. y		Si
	Prueba de Fugas	Se verifica cerrado mecánico de equipo	Ok
	Conexión eléctrica	Se verifica las conexiones eléctricas del equipo	ok
	Conexión electrónica	Se verifica las conexiones electrónicas del equipo	ok
	Prueba de alarma	Se verifica cumplir en el equipo	Fue le
	Otros		
	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT. USADO	ID DESCRIPCIÓN	CANT.

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba - Simulación	Descripción	Resultado
	Prueba S.T. Cerado Prueba S.T.		Es
	Prueba Mecánica	Se verifica cerrado mecánico de equipo	lo
	Conexión eléctrica	Mal conexión eléctrica	activo
	Conexión de cable de fuga	Mal conexión cable de fuga	Activo
	Prueba de alarma de agua	Cerado mangueras de alarma de agua	activo
	Otros		
	Otros		

PARÁMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	ORDENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Descripción	Prueba	Prueba #	REGLAS	FLITROS	BAJO	CÓDIGO DE ALARMAS		FALLAS	OBSERVACIONES
	Hrs	Lb / Pulg	MPL - MPH	Gpm	Alarma Alta	Alarma Baja	Alarma Vacío				Alarma Alta	Alarma Baja		
	22473	68979	Si	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.