



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO: OAD-MAN-PR-008
Versión: 1 Fecha Actualización: 08-08-2019
Página: 1 de 2

Fecha Remisión: Remoctor # Auxiliar Mantenimiento: No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Codigo Equipo: UN-14893 Fecha Inicio: 20/06/21 7:20 Fecha Fin: 30/06/21 9:56

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, ID. REPORTE, REPUESTO CAMBIADO. Includes handwritten entry: falso central with quantity 1.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten notes: Mont. Preservado, 6 min, Bueno.

SET DE PRUEBAS table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes tests for battery, leaks, electrical connections, and alarm.

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes tests for alarm activation, flow, electrical disconnection, and valve activation.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten notes: Fuerciona correctamente, Bueno, Bueno, Bueno, Bueno, Wilmar G.