ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO | Código: GRO-MAN-FR-003 | Versión: 1 | Fecha Actualización: 05/08/2019 | Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Asunto Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-1048 B	Fecha Inicio	01/03/21 8:05	Fecha Fin	01/03/21 13:48

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
			Falla Lateral	1		Si	X	No	
			Cable poder	1		Si	X	No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE SINTRAX

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (0-4ml)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-1Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (0-1Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (0-60)	REJILLAS (0 - No)	FILTROS (0 - No)	BASE (0 - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (0 - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BRAZO (0 - NO)	RUEDAS (0-No)
	33596.0	96.5	Si	Si	Si	Si	60	Si	Si	Si	Si	Si	Si

OBSERVACIONES: Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2 horas	Cambio Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento			

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 6.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.7v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumatica del equipo	OK
3	Conexion electrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	OK
4	Conexion neumatica	Se verifican las conexiones neumaticas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido en alto alto y bajo	fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Rotámetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LC - LE)	Lo
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LC-LE)	Lo
3	Desconexión electrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión Flujo de fugo	Desconecta linea electrica	activo
5	Activación de retiro de aire	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	activo
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (0-4ml)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-1Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (0-1Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (0-60)	REJILLAS (0 - No)	FILTROS (0 - No)	BASE (0 - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (0 - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BRAZO (0 - NO)	RUEDAS (0-No)
	33511	60	94.8	Si	Si	Si	60	Si	Si	Si	Si	Si	Si

OBSERVACIONES: Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Williams G.