ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO

Página 1 de 2

No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

NN-20683 | Fecha Inicio: 02/23/21 10:22 | Fecha Fin: 02/23/21 12:14

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

CRITICA REPORTADO OFRACIA DE SERVICIO

FALLA	GARO	CLASE DARO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

Nº Mantenimiento	HORAS (Hr)	HISTOR	ORDENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desplazamiento (Litros)	Pila (Volts)	Flujo 0 (L/Min)	REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS: Serial (Si / No)	Alarma (Si / No)	HUELLAS (Si / No)	OBSERVACIONES
	16474.6	483.7	Si		Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Correctivo
					50 min						X			Lo

3. VOLTAJE (Voltios)	Si / No	4. ESTADO DE MANGUERAS	Si / No	Notas	5. SISTEMA DE REFRIGERACION	Si / No	Notas
	X		X			X	

6. CONDICION DE LA CARCAZA

8. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Si / No	Si	Con Suministro Externo

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
	Calibracion Pila (3 V)	Verificar voltaje de la pila	4.8v
	Prueba de Fuga	Se verifica que no existan fugas de aire	OK
	Calibracion	Se verifica que el flujometro este dentro de rango	OK
	Calibracion	Se verifica que el flujometro este dentro de rango	OK
	Prueba de alarma	Se verifica que la alarma suene	Fuerte

Descripcion del diagnostico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba Simulacion	Descripcion	Resultado
	Calibracion Pila (3 V)	Se verifica voltaje de la pila	ES
	Prog. Maestro	Se verifica la lectura de valores reales y valores LED Pila y LED alarma y sus LEDS	LO
	Calibracion electrica	Ajuste con equipo calibrado	OK
	Calibracion Sensor de Flujo	Calibracion mecanica	OK
	Calibracion de alarma de flujo	Calibracion de la alarma de flujo	OK

PARAMETROS DE SALIDA

Nº Mantenimiento	HORAS (Hr)	HISTOR	ORDENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desplazamiento (Litros)	Pila (Volts)	Flujo 0 (L/Min)	REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS: Serial (Si / No)	Alarma (Si / No)	HUELLAS (Si / No)	OBSERVACIONES
	16975.6	597.9	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

TOMA NUMERO DE MANTENIMIENTO