ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Página 1 de 2

No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Nº - 23663 | Fecha Inicio: 02/03/21 10:15 | Fecha Fin: 02/03/21 12:03

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO/OPERACIÓN DE SERVICIO

FALLA	GANG	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
			Protector Display	1		X

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

Ev Mantenimiento	Vol. Ref.	Aplica	Cliente	Ecuestre	Pruebas de Alarma: Descripción	Pos.	Tipo	Realizar	Filtro	Valor	Código de Barras: Leído	Manual	Fuentes	Observaciones
	222456.2	96	Si	Si	Si	Si	Ei	Si	ST	Si	No	Si	Si	Mant Preventivo

1. EXCLUIDO | Tiempo de la prueba: 90 min | Ganancia Alarma: Fino | 2. AUDITIVA/ANIMO: 0 [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: [X] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: [X]

5. CAMBIO DE NTE (CAUSA):

Breno | 5:

DIAGNOSTICO FALLA

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
			4 Ve
	Prueba de Fuga		OK
	Corriente eléctrica	Se verifican las corrientes eléctricas del equipo	OK
	Corriente eléctrica	Se verifican las corrientes eléctricas del equipo	OK
	Prueba de agua	Se verifica que no haya fugas de agua	Cumple

Descripción del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba Simulada	Descripción	Resultado
			Si
			No
			OK
			OK
			OK

PARAMETROS DE SALIDA

Ev Mantenimiento	Vol. Ref.	Aplica	Cliente	Ecuestre	Pruebas de Alarma: Descripción	Pos.	Tipo	Realizar	Filtro	Valor	Código de Barras: Leído	Manual	Fuentes	Observaciones
	224633.3	93	ST	ST	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Correcto funcionamiento

Vilma G.