Pro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Página 1 de 2

No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

M2755196130 — 03/03/21 7.40 — 03/03/21 10.03

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI / NO X — FECHA INICIO AISLAMIENTO — FECHA FIN AISLAMIENTO

FALLA	GANO	CLASE GANO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

PARÁMETROS DE ENTRADA	HIGROMETRO	PRESIÓN	CRUCERO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pos	Flujo x 5'	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
	237	8.5	96.2	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Mant. Preventivo

2 horas — X

1. ANGULO ESTANDO	X	2. ESTADO DE MANGUERAS	X	3. SISTEMA DE RETROCEDIMIENTO	X
4. CONDICIÓN DE ENTRADA					
5. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	6. CONTROL DE TEMPERATURA	Si		

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
			OK
			OK
			OK
			OK
			Fuerte

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba Simulación	Descripción	Resultado
			N.A
			N.A
			OK
			N.A
			N.A

PARÁMETROS DE SALIDA	HIGROMETRO	PRESIÓN	CRUCERO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pos	Flujo x 5'	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
	239	8.5	96.1	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Funciona correctamente

Wilma, G.