ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

MV - 275B | Fecha inicio: 03/23/21 7:57 | Fecha fin: 03/23/21 12:26

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPUESTE	REPUESTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

PRUEBAS DE ALARMA

OBSERVACIONES: Man. 7. Preventivo

Hrs.	Concentración	Presión	Caudal	Flujómetro	Desconexión	Flujo	Flujo	Rejillas	Filtros	Base	Código de barras	Ruedas
13480	6.2	94.2	si	si	si	lo	si	si	si	si	si	si

2 horas — X

ESTADO DE MANGUERAS: X

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: X

ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno

CONTROL DE TEMPERATURA: si

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
			4.0v
			ok
			ok
			ok
			pasa

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba - Simulación	Descripción	Resultado
			lo
	Flujo Máximo		lo
			activo
			activo
			activo

PARÁMETROS DE SALIDA

PRUEBAS DE ALARMA

OBSERVACIONES: Correcto funcionamiento

Hrs.	Concentración	Presión	Caudal	Flujómetro	Desconexión	Flujo	Flujo	Rejillas	Filtros	Base	Código de barras	Ruedas
13491	6.1	91.5	si	si	si	lo	si	si	si	si	si	si

Vilmar G.