ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

NW-42083 | 04/03/21 11:31 | 04/03/21 13:39

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
			filtro lateral	2			X		

DETALLES ADICIONALES DADOS POR FACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

													OBSERVACIONES
133004.0524	Si	Si	Si	El	Si	Si	Si	Si	Si	Si			Mant. Correctivo

3 min | X | El

X | X

Bue.v

Si

SET DE PRUEBAS

No	Prueba	Descripción	Resultado
			4.6v
			ok
			ok
			ok
			95.1

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera tubo refrigeración	1			

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No	Prueba	Descripción	Resultado
			Si
			Ok
			ok
			ok
			ok

													OBSERVACIONES
133046.0968	Si	Si	Si	El	Si	Si	Si	Si	Si	Si			Correcto funcionamiento

Wilmer C.