ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

D12306.7124 — 04/03/21 10:52 — 04/03/21 12:27

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI ___ NO X — FECHA INICIO AISLAMIENTO — FECHA FIN AISLAMIENTO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARÁMETROS DE ENTRADA

FLUJO (L/m)	PRESIÓN	ONGRAS	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desbalance	Fijo	Flujo 0 (Ltr)	RELILLAS	FILTROS	SUCC	CÓDIGO DE BARRAS	RUIDOS	OBSERVACIONES
2430	8.5	98.0	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	17 mt. Preventivo

98 min — X — X — X

¿SISTEMA DE REFRIGERACIÓN? X

¿ESTADO DE LOS CONECTORES? Bien — ¿CONTROL DE TEMPERATURA? — Si

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

Prueba	Descripción	Resultado
		OK
		OK
		OK
		OK prueba

REPUESTOS USADOS

CANT	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

Prueba Simulada	Descripción	Resultado
		N.A
		N.A
		OK
		N.A
		N.A

PARÁMETROS DE SALIDA

FLUJO (L/m)	PRESIÓN	ONGRAS	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desbalance	Fijo	Flujo 0 (Ltr)	RELILLAS	FILTROS	SUCC	CÓDIGO DE BARRAS	RUIDOS	OBSERVACIONES
2431	8.5	97.8	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Funciona Correctamente

Mt/mod C.