Pro

# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

| Código | Documento Equipo |
|---|---|
| Versión 1 | Fecha Actualización: 2020-2021 |
| | Página 1 de 2 |

| Fecha Solicitado | Recepción | Nombre Mantenimiento | No. Orden |
|---|---|---|---|
| | | | |

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| NV-4351B | 04/03/21 10:15 | 04/03/21 | 11:52 |

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | NO | X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | SI. REPORTE | REPUESTO CAMBIADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR PACIENTE

## ÁREA DE MANTENIMIENTO

| Parámetros de entrada | Fotómetro | Presión | Oxígeno | Fluómetro | Pruebas de alarma: Desconexión | Pruebas de alarma: Pila | Pruebas de alarma: Tipo e.t. | Reallas | Filtros | Base | Código de barras | Ruedas | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7668 | 6.4 | 86.0 | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | Si | Si | Mant. Correctivo |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fotómetro | | 2min | | X | | | El |
| 2. Pruebas de alarma | X | 3. Estado de mangueras | | X | 4. Sistema de refrigeración | X | |
| 5. Cambios de sensibilidad | | | | | | | |
| 6. Estado de las conexiones | Bueno | 7. Control de temperatura | | Si | | | |

## SET DE PRUEBAS

| No. | Prueba | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|
| | | | 4.8V |
| | | | ux |
| | | | ux |
| | | | ux |
| | | | fuerte |

Descripción del diagnóstico identificado

## REPUESTOS USADOS

| Código | Descripción | Cant. | Código | Descripción | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| | Mangueras tamiz | 1 | | | |

## PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

| No. | Prueba / Simulación | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|
| | | | ES |
| | | | Lo |
| | | | Bueno |
| | | | Bueno |
| | | | Bueno |

| Parámetros de salida | Fotómetro | Presión | Oxígeno | Fluómetro | Pruebas de alarma: Desconexión | Pruebas de alarma: Pila | Pruebas de alarma: Tipo e.t. | Reallas | Filtros | Base | Código de barras | Ruedas | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7670 | 6.3 | 98.5 | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | Si | Si | Correcto funcionamiento |

Firma Mantenimiento: Wilmar G.