ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

MV-3144 B — 05/05/21 10:36 — 07/05/21 12:18

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI ___ NO X — FECHA INICIO AISLAMIENTO ___ — FECHA FIN AISLAMIENTO ___

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID REPORTE	REPUESTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

PARÁMETROS DE ENTRADA

Nº Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CAUDAL	FLUJO EN TIC	PRUEBA DE ALARMA			MEZCLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		HUBOS	OBSERVACIONES
					Descripción	Paro	Paro 4"							
	95576.2	95.6	Si		Si	Si	Ej	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Preventivo
					90 min		X							

- ¿PUNTO CONTAMINADO? X
- ESTADO DE MANGUERAS: B
- SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: X
- ¿HUBO CONTAMINACIÓN?
- ESTADO DE LOS CONECTORES: Bueno
- CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno — Si — Con Termómetro

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No	Prueba	Descripción	Resultado
			Si
			Ok
			Ok
			Ok
			Fuerte

Observaciones del Ingeniero Identificado

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No	Prueba Simulación	Descripción	Resultado
			Ej
			Ej
			Bueno
			Bueno
			Bueno

PARÁMETROS DE SALIDA

Nº Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CAUDAL	FLUJO EN TIC	PRUEBA DE ALARMA			MEZCLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		HUBOS	OBSERVACIONES
					Descripción	Paro	Paro 4"							
	95386.2	94.2	Si	Si	Si	Ej	Si	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Williams G.