ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

NN-2294B 05/03/21 7:45 05/03/21 12:59

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
			Filtro Central (Reiniciado)	1		X

DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

PARÁMETROS DE ENTRADA

PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES
19132	64	97.5	Si	Si	Si	Si	65	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. Preventivo

5 horas

X

2 ESTADO DE MANGUERAS: X

4 SISTEMA DE NEBULIZACIÓN: X

Bueno

Si

DIAGNÓSTICO SALIDA

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
			4.9v
			OK
			OK
			OK
			Fuerte

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

CAUDALES Y FLUJOS

Prueba	Descripción	Resultado
		Es lo Bueno
		Bueno
		Bueno

PARÁMETROS DE SALIDA

PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES
19137	6297.4	Si	Si	Si	Es	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Correcto funcionamiento Ing Wilmer Ch.