ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Remisión		Remisión #		Ajuste Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
MV-2002B	05/03/21 7:54	05/03/21 9:33

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI / NO X — FECHA INICIO AISLAMIENTO — FECHA FIN AISLAMIENTO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
			Switch excendido	1		X

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	Hormigón	Presión	Oxígeno	Flujómetro	Pruebas de alarma: Desconexión	Pila	Flujo	Rejillas	Filtros	Gase	Código de barras		Ruedas	Observaciones
	9999	6.2	95.5	Si	Si	Si	Lo	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Correctivo

1. Estado: 90 min
2. Puesta a tierra: X
3. Estado de manguera: X
4. Sistema de refrigeración: X
5. Cambio de rodaje
6. Estado de las conexiones: Bueno
7. Control de temperatura: Si

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
			4.40
			OK
			OK
			OK
			Agudo

REPUESTOS USADOS

Código	Descripción	Cant.	Código	Descripción	Cant.

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba Simulación	Descripción	Resultado
			Lo
			Lo
			OK
			OK
			OK

PARAMETROS DE SALIDA

Hormigón	Presión	Oxígeno	Flujómetro	Pruebas de alarma: Desconexión	Pila	Flujo	Rejillas	Filtros	Gase	Código de barras		Ruedas	Observaciones
10[illegible]	6.2	92.7	Si	Si	Si	Lo	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

Firma Mantenimiento: Wilmar G.