



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO: OAS MAN PR-005  
Versión: 1  
Fecha Actualización: 04/06/2010  
Página 1 de 2

Fecha Recepción: Remisión # Auxiliar Mantenimiento No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO  
Codigo Equipo: 2018040000050 Fecha Inicio: 09/03/21 8:22 Fecha Fin: 09/03/21 10:00

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO X FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DARG, CLASE DARG, DESCRIPCION, CANTIDAD, ES REPORTE, REPUESTO CAMBIADO. Includes rows for various equipment issues and a 'DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE' section.

AREA DE MANTENIMIENTO

Table with columns: HOROMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CODIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data and notes like 'Mont. preventivo'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists diagnostic tests such as 'Estado Pila S.S. V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión electrónica', 'Prueba de alarma'.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Used for recording parts and materials.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists specific simulation tests like 'Flujo a 0 (Cierre Apéndice)', 'Flujo Máximo', 'Desconexión eléctrica', 'Desconexión tarjeta de Red', 'Activación de válvula de alivio'.

Table with columns: HOROMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CODIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data and a signature 'Firma Mantenimiento: Wilmar G.'.

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FASORCENSO EN EL BARRIO

CONTROLO FALLAS

PRUEBAS DE ALARMA

PRUEBAS DE ALARMA