



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO: IAD-MAN-FR-009
Versión 1 Fecha Actualización: 03/06/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: Ramisión #: Auxiliar Mantenimiento: No. Orden:

Identificación del Equipo: Código Equipo: SW-194242 Fecha Inicio: 09/03/21 Fecha Fin: 09/03/21 12:57

Equipo contaminado por posible plaga: SI NO X FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DADO, CLASE DADO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, ID. REPORTE, REPUESTO CAMBIADO. Includes rows for Si/No status and a 'DETALLES ADICIONALES DADOS POR FACIENTE' section.

AREA DE MANTENIMIENTO: Includes sub-sections for HOROMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, and OBSERVACIONES. Contains handwritten data like '1233 6.294.6 Si' and 'Mant. Preventiva'.

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 90 min. Genero Alarma: X. 2. RUIDO EXTRAÑO: Si. 3. ESTADO DE MANGUERAS: X. 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: X. 5. DAÑOS IDENTIFICADOS. 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: T. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena. Con Sobrecalentamiento.

TEST DE VERIFICACION: Table with columns No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes tests for battery voltage, air leaks, electrical connections, and alarm sound. Results include 'OK', 'N/A', and 'OK fuerte'.

Descripción del diagnóstico identificado:

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT.

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRACION: Table with columns No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes tests for alarm activation, visual alarm, electrical disconnection, and air filter.

Final maintenance summary table with columns: HOROMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data '1235 6.294.3 Si' and 'funciona correctamente'.

PARAMETROS DE SERVICIO: SISTEMA REPARTIDO OPERARIO DE SERVICIO. PARAMETROS DE ENTREGA: En Mantenimiento. PARAMETROS DE CALIDAD: DIAGNOSTICO: TALLER. PARAMETROS DE CALIDAD: MARCA: VALVULAS.

FIRMA MANTENIMIENTO: [Signature]