



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
Codigo: SAC-002-FR-008  
Version: 1 Fecha Actualizacion: 05-08-2016  
Página: 1 de 2

Fecha Remisión: Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: No. Orden:

Identificación del Equipo: Código Equipo: **SN0074542** Fecha Inicio: **07/03/21** Fecha Fin: **07/03/21** **13:03**

Equipo contaminado por posible plaga: SI NO **X** Fecha Inicio Aislamiento: Fecha Fin Aislamiento:

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, ID. REPORTE, REPUERTO CAMBIADO. Includes a vertical label 'SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO'.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

Table with columns: En Mantenimiento (HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJOMETRO), PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a 0), RELJAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten notes like 'Mont. Preventivo'.

SETEO DE PRUEBAS

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', etc.

Descripción del diagnóstico identificado:

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. For replacement parts.

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADORES

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists verification tests like 'Flujo a 0 (Cierre Guzmán)', 'Flujo Manual', etc.

Table with columns: En Mantenimiento (HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJOMETRO), PRUEBAS DE ALARMA, RELJAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten notes like 'Funciona correctamente'.