ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GADHMM-PR-008
Version 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	SN 013749 48	Fecha Inicio	12/03/21 11:07	Fecha Fin	12/03/21 12:43

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERACION DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 94%)	FLUJOMETRO (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion (5 Vdc)	Pila (5 Vdc)	"Flujo a 5" (3.5-6l/)	REJILLAS (5 Vdc)	FILTROS (5 Vdc)	BASE (5 Vdc)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5V - 5V)	MASCA (5V - 5V)	RUEDAS (5 Vdc)	OBSERVACIONES
	18123	6.5	96.7	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Mtto Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Genero Alarma	No	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X / Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento			

DIAGNOSTICO TECNICO

PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado	

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT

AREAS REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE CAS LABORES REALIZADAS EN CUBICLE ETIADOS

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 5 (Gerre Rujimetro)	Se verifica activacion de alarmas (LL - LD - ES)	N.A
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y (LL-LD-ES)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea electrica	N.A
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	N.A
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 94%)	FLUJOMETRO (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion (5 Vdc)	Pila (5 Vdc)	"Flujo a 5" (3.5-6l/)	REJILLAS (5 Vdc)	FILTROS (5 Vdc)	BASE (5 Vdc)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5V - 5V)	MASCA (5V - 5V)	RUEDAS (5 Vdc)	OBSERVACIONES
	18124	6.4	96.4	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO	