

Fecha Recibido: _____ Servicio: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Código Equipo: **D7170B15092** Fecha Inicio: **12/03/10** 9:56 Fecha Fin: **12/03/10** 12:08

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO **FECHA INICIO AISLAMIENTO** _____ **FECHA FIN AISLAMIENTO** _____

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	NO. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO												OBSERVACIONES			
En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	MARE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	
					Desconexión (30-40)	Fuga (30-40)	"Flujo a 0" (30-40)				AXIS (30-40)		BAJERA (30-40)		RUEDAS (30-40)
241	0.5	98.1	51	51	51	N.A	51	51	51	51	N.A	51	51	51	Mant. preventivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		2 horas		Gener. Alarma		X		51		Cual			
2. RUIDO EXTRAÑO		51		X		3. ESTADO DE MANGUERAS		51		Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		51	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES															
Buena															
7. CONTROL DE TEMPERATURA															
Buena															
31															
Con Sobrecalentamiento															

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Fila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK
6	Otros		OK
7	Otros		OK

Descripción del diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga + 2 (Cierre Espirómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - ED)	N.A
2	Fuga Manera	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo) y (LL-LD-ED)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	N.A
5	Activación de válvula de alim.	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	N.A
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	MARE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (30-40)	Fuga (30-40)	"Flujo a 0" (30-40)				AXIS (30-40)	BAJERA (30-40)	RUEDAS (30-40)		
243	0.4	99.3	51	51	51	N.A	51	51	51	51	N.A	51	51	51	Correcto por mantenimiento

FIRMA MANTENIMIENTO: *Valdemar C.*