



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 Código: 1142-MAU-PP-008
 Versión: 1 Fecha Actualización: 25/08/2019
 Página 1 de 2

Fecha Remisión: _____ Remisión #: _____ Asesor Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
 Código Equipo: **MV-2542B** Fecha Inicio: **13/09/21** **B.O.P** Fecha Fin: **13/09/21** **10:21**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA
 SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	DAÑO	ELABORAR DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	US. REPORTE	REPARADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES	
					DESCONEXION (SI-NO)	PILA (SI-NO)	"Fuga a 0" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	BARRA (SI-NO)			
17908	63935	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Man 1. Puntuado	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		2 horas		Genero Alarma		SI		Cual?					
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		NO		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena		Males		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buena		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento					

LISTA DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	4.9V
2	Prueba de Fugas	Se verifica coherción neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido a es agudo y fuerte	OK fuerte
6	Otro		
7	Otro		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

REPERTORIO USUARIO

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS ANUNCIO PARA VERIFICACION DE LAS LAMPITAS INDICADORAS DEL ESTADO DEL EQUIPO

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga + 0 (Cierre Fugativo)	Se verifica activación de alarma (L1-LD-ED)	ES
2	Fuga Máxima	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo e LED amarillo) (L1-LD-ED)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Activos
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	Activos
5	Activación de válvula de piloto	Disturbio manguera de salida de aire de compresor	Activos
6	Otro		
7	Otro		
8	Otro		

En Mantenimiento

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					DESCONEXION (SI-NO)	PILA (SI-NO)	"Fuga a 0" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	BARRA (SI-NO)		
17908	61919	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: *W. M. L.*