



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Forma 101
Codigo: G45-MAN-FR-005
Version: 1 Fecha Actualizacion: 05/08/2019
Página: 1 de 2

Fecha Recepción: Ramación: Acreditado: No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Codigo Equipo: MV-1936 B Fecha Inicio: 15/03/21 7:46 Fecha Fin: 15/03/21 9:23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO X FECHA INICIO ASLAMIENTO FECHA FIN ASLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, ELABORADO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, SI. REPORTE, REPUESTO CAMBIADO. Includes handwritten entries for 'filtro lateral' and 'filtro control'.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR FACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

Table with columns: En Mantenimiento, HUBOMETRO, PRESION, OMBIENO, FLOUOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, NEJILLAS, FILTROS, MASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data and 'Correcto'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists various tests like 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de fugas', etc.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Includes handwritten entry for 'Manguera 7'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Flujo + 0 (Corte Rotámetro)', 'Flujo Máximo', etc.

Table with columns: En Mantenimiento, HUBOMETRO, PRESION, OMBIENO, FLOUOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, NEJILLAS, FILTROS, MASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data and 'Correcto funcionamiento'.