



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
GAD-MAN-FR-006
Versión 1
Fecha Actualización: 05/06/2016
Página 1 de 2

Fecha Recepción: _____ Recepción #: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Código Equipo: **MV-228-13** Fecha Inicio: **18/03/21** 7:56 Fecha Fin: **18/03/21** 10:04

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO X FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REFUESTO CAMBIADO
			Switch encendido	1	Si	X No
			pluviómetro	1	Si	X No
					Si	No
					Si	No
					Si	No
					Si	No
					Si	No
					Si	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OROGONO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTRIOG	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Fallo a E" (SI/NO)				BASE (SI/NO)	MANEJA (SI/NO)		
19022	6.1	98.2	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	No	Si	Si	Manl. Correctivo	
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		5 min	Genera Alarma	No								ES	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si			3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena						4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Buena		
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena									

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
1	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
2	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Falla +2 (Cena Bajoneta)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
1	Falla Mismo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo) y (LL-LO-ES)	Lo
2	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Buena
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	Buena
5	Activación de válvula de alivio	Distorsión manguera de salida de aire de compresor	Buena
6	Otros		
8	Otros		
9	Otros		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OROGONO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTRIOG	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Fallo a E" (SI/NO)				BASE (SI/NO)	MANEJA (SI/NO)		
19022	6.0	97.6	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	No	Si	Si	Correcto funcionamiento	

FIRMA MANTENIMIENTO: **Indimar Ci.**