ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAO-MAN-FR-009
Versión: 1 | Fecha Actualización: 28/08/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	DM2906170057	Fecha Inicio	10/03/21 9:21	Fecha Fin	10/03/21 11:22

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

HISTORIA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

PARAMETROS DE SERVICIO — AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (5 lts/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 - 6m)	Pila (5 - 6m)	"Flujo a 0" (3.5 - 4)	REJILLAS (5 - 6m)	FILTROS (5 - 6m)	BASE (5 - 6m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 100)	MANIJA (50 - 100)	RUEDAS (5 - 6m)	OBSERVACIONES
	021	8.4	98.3	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Genera Alarma	X		Si		Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS										
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento			

DIAGNOSTICO FALLA — SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión electrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	OK
4	Conexión electronica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

CAMBIOS REALIZADOS — PRUEBAS EN PLANTA PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CLINICA O HOGAR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo + 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L3 - E5)	N.A
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo + L1-L3-E5)	N.A
3	Desconexión electrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea electrica	N.A
5	Activacion de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	N.A
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SERVICIO — En Mantenimiento

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (5 lts/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 - 6m)	Pila (5 - 6m)	"Flujo a 0" (3.5 - 4)	REJILLAS (5 - 6m)	FILTROS (5 - 6m)	BASE (5 - 6m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 100)	MANIJA (50 - 100)	RUEDAS (5 - 6m)	OBSERVACIONES
	022	8.5	98.0	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO