ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXPro

FORMATO
Codigo: GAD-MAN-FR-005
Version: 1 | Fecha Actualizacion: 05/08/2016
Página 1 de 2

Fecha Remisión | Remisión # | Auxiliar Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: MV-4535B | Fecha Inicio: 20/07/21 8:53 | Fecha Fin: 20/07/21 9:39

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO: X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SISTEMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (in / PSI)	OXÍGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (5 l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/min)	Pila (5 l/min)	"Flujo x 5" (LO-ES)	REJILLAS (En uso)	FILTROS (En uso)	BASE (En uso)	CODIGO DE BARRAS: BASE (En uso)	BARRA (En uso)	RUEDAS (En uso)	OBSERVACIONES
BOTO	6646	Si	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Mant Preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 90 min | General Alarma: Si/No | Si | Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No
3. ESTADO DE MANGUERAS: Buena | Mala
4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno | Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno
7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena | Si | Con Sobrecalentamiento

PRUEBAS DE SALIDA

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS APLICABLES PARA VERIFICACIÓN DE LAS CALIBRACIONES

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES LO
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y LL-LO-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tecla de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

VERIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (in / PSI)	OXÍGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (5 l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/min)	Pila (5 l/min)	"Flujo x 5" (LO-ES)	REJILLAS (En uso)	FILTROS (En uso)	BASE (En uso)	CODIGO DE BARRAS: BASE (En uso)	BARRA (En uso)	RUEDAS (En uso)	OBSERVACIONES
BOTO	6345.5	Si	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO