



# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO:  
 GHD-0000-PR-008  
 Fecha Actualización: 05/08/2018  
 Página 1 de 2

Fecha Recepción: \_\_\_\_\_ Revision # \_\_\_\_\_ Auxiliar Mantenimiento: \_\_\_\_\_ No. Orden: \_\_\_\_\_

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO  
 Código Equipo: **MV-331B** Fecha Inic: **7-46** Fecha Fin: \_\_\_\_\_

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI  NO  FECHA INICIO AISLAMIENTO: \_\_\_\_\_ FECHA FIN AISLAMIENTO: \_\_\_\_\_

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	N. REPORTE	REPUERTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

### ÁREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	DIBUENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BARRAS	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (2-4)	Pila (2-4)	"Fuga a 0" (2-4)				BASE (2-4)	MANGA (2-4)		
246	6597.7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Mant preventivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 min		Genera Alarma		X						
2. RUIDO EXTRAÑO			X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena		X	Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN		Buena	Mala
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES														
		Buena		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena							Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	5U
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	UX
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	UX
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	UX
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	UX fuerk
6	Otras		
7	Otras		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga - 0 (Cierre Sujineto)	Se verifica activación de alarmas LL - LD - ED	5U
2	Fuga Manera	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED rojo o LED amarillo y LL-LD-ED)	6U
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	UX
4	Desconexión letrata de flujo	Desarmada línea eléctrica	UX
5	Activación de válvula de aire	Cerrar manguera de salida de aire de compresor	UX
6	Otras		
7	Otras		
8	Otras		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	DIBUENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BARRAS	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (2-4)	Pila (2-4)	"Fuga a 0" (2-4)				BASE (2-4)	MANGA (2-4)		
246	6397.3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Conecto funcionamiento Firma Mantenimiento: <i>Walter G.</i>