



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO: OX-MAN-FR-001
Versión: 1
Fecha Actualización: 03-08-2018
Página 1 de 2

Fecha Recepción: Remisión #: Auxilio Mantenimiento: No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Codigo Equipo: MV-42603 Fecha Inicio: 24/07/21 8:07 Fecha Fin: 24/07/21 9:57

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, SI REPORTE, REPUERTO CAMBIADO. Includes a section for 'DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE'.

ÁREA DE MANTENIMIENTO

Table with columns: HORMIMETRO, PRESIÓN, DEBIDO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, 'Flujo a S'), REJILLAS, FILTROS, MASC, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten notes: '14020', '6.744.7', '5i', '90 min', 'Bueno', 'Mant. Preventivo'.

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 90 min. Generó Alarma: . 2. RUIDO EXTRAÑO: . 3. ESTADO DE MANDUERAS: Bueno. 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno. Más.

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno. 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena. 8. Con Sobrecalentamiento: Si.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes tests for 'Estado Pila S.E.V.', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Conexión electrónica', 'Prueba de alarma', 'Otro', 'Otro'. Results: '4.8v', 'OK', 'OK', 'OK', 'fuerte'.

Descripción del diagnóstico identificado:

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes tests for 'Flujo a D (Cierre Apagado)', 'Flujo Muestra', 'Desconexión eléctrica', 'Desconexión tarjeta de flujo', 'Activación de válvula de alivio', 'Otro', 'Otro', 'Otro'. Results: 'lo', 'lo', 'Bueno', 'Bueno', 'Bueno'.

Table with columns: HORMIMETRO, PRESIÓN, DEBIDO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, 'Flujo a S'), REJILLAS, FILTROS, MASC, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten notes: '14026393.2', '5i', '5i', '5i', 'lo', 'si', 'si', 'si', 'si', 'si', 'si', 'si', 'si', 'Correcto funcionamiento lo', 'Wilmer G.'.