



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO: OAD-MAU-FR-006
Version 1 Fecha Actualización: 25.08.2015
Página 1 de 2

Fecha Remisión: Remisión #: Acubar Mantenimiento: No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Codigo Equipo: **FN-3809 B** Fecha Inicio: **25/03/21 11:15** Fecha Fin: **25/03/21 13:22**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO X FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	DAÑO	CLAREADO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
	X		Rejilla filtro	1		X
	X		Base	1		X

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	DESEMBO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CODIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (21-24)	Pila (21-24)	"Fugo a E" (21-24)	REJILLAS (21-24)	FILTROS (21-24)	BASE (21-24)				BASE (21-24)
1926	6487.2				Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. Correctivo
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		4 min		Genero Alarma		Si					X	Cual?	ES
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		X		3. ESTADO DE MANGUERAS					Malos	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Malos	Malos
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena			Si	Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica estado de la pila	4.70
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	agudo
6	Otros		
7	Otros		

DESCRIPCION DEL DIAGNOSTICO IDENTIFICADO	CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
Tarjetas pila	1			
Filtro bacterias	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga + 0 (Corte Agonista)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - ED)	ES
2	Fuga Masiva	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LD-ED)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Bueno
4	Desconexión tarjeta de Red	Desconecta línea eléctrica	Bueno
5	Activación de válvula de aire	Chequea manguera de salida de aire de compresor	Bueno
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	DESEMBO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CODIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (21-24)	Pila (21-24)	"Fugo a E" (21-24)	REJILLAS (21-24)	FILTROS (21-24)	BASE (21-24)				BASE (21-24)
1926	6296.2				Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	funciona constantemente

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO
VITAMETRO DE AUTOMATICO
PRUEBAS DE ALARMA

FIRMA MANTENIMIENTO: *William C.*