



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 GADMA/FR-008
 Versión 1 Fecha Actualización 05/08/2019
 Página 1 de 2

Fecha Recepción: _____ Remisión #: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
 Código Equipo: **M255J194277** Fecha Inicio: **23/02/21** Hora: **10:09** Fecha Fin: **27/03/21** Hora: **11:53**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SI REPORTE	REPUERTO CAMBIADO
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR FACILITE

AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	ORBITAL	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (20-92)	Pila (20-94)	"Flujo a 2" (20-95)				BASE (21-92)	BARRA (21-93)			
	154	8.5	98.2	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	SI	N.A	SI	Mont. Preventivo		
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 min		Generó Alarma		SI		Cual?					
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		SI		3. ESTADO DE MANGUERAS		SI		Males		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		SI	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 1.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK parte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Fuga + 0 (Cierre Seguridad)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E3)	N.A
1	Fuga Mismo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo) (L1-L2-E3)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	N.A
5	Activación de válvula de gases	Desafecta manguera de salida de aire de compresor	N.A
6	Otros		
6	Otros		
6	Otros		

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	ORBITAL	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (20-92)	Pila (20-94)	"Flujo a 2" (20-95)				BASE (21-92)	BARRA (21-93)		
	153	8.5	97.9	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	SI	N.A	SI	Firma Mantenimiento: <i>Wilmar</i>	