



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 GAD-MAN-FR-008
 Fecha Actualización: 09/06/2019
 Pagina 1 de 2

Fecha Remarch: _____ Revisión #: _____ Ajustar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
 Código Equip: nr-615B Fecha Inicio: 30/03/21 8:29 Fecha Fin: 30/03/21 10:30

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO X FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI. REPORTE	REPUERTO CAMBIO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ORDEN	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión (2-40)	Pila (2-40)	"Flujo a 0" (2-40)	RELLAS (2-40)	FILTROS (2-40)	BASE (2-40)				BASE (21-40)	BASE (21-40)
8005	6 + 95.2	Si	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	No	Si	Si	Mant. preventivo	
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		2 horas		Genero Alarma		OK	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	Si	Si	Si	3. ESTADO DE MANGUERAS		OK	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
4. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1.	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.8v
2.	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3.	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4.	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5.	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6.	Otros		
7.	Otros		
Descripción del diagnóstico identificado			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1.	Fuga a 0 (Cierre Regulator)	Se verifica activación de alarmas (L1 - (L2 - E3)	ES
2.	Fuga Manera	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (2)-(L2-43)	Lo
3.	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4.	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5.	Activación de válvula de alivio	Operar mangonera en sentido de aire de compresor	OK
6.	Otros		
7.	Otros		
8.	Otros		

En Mantenimiento

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ORDEN	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (2-40)	Pila (2-40)	"Flujo a 0" (2-40)	RELLAS (2-40)	FILTROS (2-40)	BASE (2-40)			
8007	63	93.1	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	No	Si	Si	Firmado correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.