



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 Código: SAC-MSA-FR-008
 Versión: 1 Fecha Actualización: 05/06/2018
 Página: 1 de 2

Fecha Emisión: _____ Herramienta: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
 Código Equipo: **NV-1178B** Fecha Inicio: **30/04/21** Fecha Fin: **01/09/21**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO **FECHA INICIO AISLAMIENTO** _____ **FECHA FIN AISLAMIENTO** **9.14**

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	NO. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR FACENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ORDENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flash a 3"				BASE (SI/NO)	MANEJA (SI/NO)		
7152	6.2	87.0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mant. Correctivo
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		2 horas		Generó Alarma		NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
4. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	BUENAS				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Sobrecalentamiento					

Nº.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.8v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado: **puerto**

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT.
	Manguera termiz	1			
	Termiz	2			

Nº.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 5 (Cierre Rubinetes)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo + LL-LD-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Activo
4	Desconexión tapado de Flujo	Desconecta línea eléctrica	Activo
5	Activador de válvula de aire	Obtener manguera en salida de aire de compresor	Activo
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ORDENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flash a 3"				BASE (SI/NO)	MANEJA (SI/NO)		
7156	6.0	97.4	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Correcto funcionamiento

PRIMA MANTENIMIENTO **Walter C.**