OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Código	[illegible]
Versión: 1	Fecha Actualización: [illegible]
	Página 1 de 1

Fecha Remisión		Remisión #		Analítica Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	MN-43560	Fecha Inicio	05/06/21 8:00	Fecha Fin	06/06/21 9:46
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	N. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	Horómetro	Presión	Oxígeno	Flujómetro	Pruebas de alarma: Desconexión	Pruebas de alarma: Pila	Pruebas de alarma: Flujo a 0	Rejillas	Filtros	Base	Código de barras		Ruedas	Observaciones
11890	5.7	66.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Correcto

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	3 min	Genera Alarma	Si		No	X	Cual?	E1
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno		Malo X	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno X		Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	4.7v
2	Prueba de Fugas	Se verifica [illegible] del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	[illegible]	[illegible]
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Flowmeter [illegible]	1			

[illegible]

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas [illegible]	ET
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma [illegible]	La
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Bueno
4	Desconexión [illegible]	Desconexión línea eléctrica	Bueno
5	Activación de [illegible]	[illegible]	Bueno
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

En Mantenimiento	Horómetro	Presión	Oxígeno	Flujómetro	Pruebas de alarma: Desconexión	Pruebas de alarma: Pila	Pruebas de alarma: Flujo a 0	Rejillas	Filtros	Base	Código de barras		Ruedas	Observaciones
11871	60	95.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.