



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 Código: OX-AMM-PR-008
 Versión: 1
 Fecha Actualización: 2006/08/08
 Página 1 de 2

Fecha Remisión: _____ Remisión #: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Identificación del Equipo
 Código Equipo: **172755196099** Fecha Inicio: **06/05/21 9:51** Fecha Fin: **06/05/21 11:33**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA
 SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPORTE	REPORTE CAMBIOS
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No

DETALLE DE ALERGIAS ADICIONALES O DAÑOS POR CONTACTO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	OROSERVO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										RUELAS	CÓDIGO DE BARRAS	RUELAS	OBSERVACIONES
					DESCONECCIÓN	PIZA	"Flejo a 9"	REALARAS	FILTROS	BASE	BASE (SI-PS)	MEMBR. (SI-MS)	SI-MS					
087	8.6	96.6	SI	SI	SI	SI	MA	SI	SI	SI	SI	MA	SI	SI	SI	SI	SI	Man. Preventivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 min		Gener Alarma		X		SI		Cual?						
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		NO		3. ESTADO DE MANOQUERAS		Bueno		Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		SI		Mal		
6. DAÑOS IDENTIFICADOS																		
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento						

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OX
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OX
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OX
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OX
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OX parte
6	Otros:		
7	Otros:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.

No.	Prueba / Descripción	Descripción	Resultado
1	Flejo = 0 (Clase 3/3seals)	Se verifica activación de alarmas (SI - LO - ES)	N.A
2	Flejo Maxima	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (SI-LO-ES)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OX
4	Desconexión ligera de flejo	Desconecta línea eléctrica	N.A
5	Activación de válvula de albio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	N.A
6	Otros:		
8	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	OROSERVO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										RUELAS	CÓDIGO DE BARRAS	RUELAS	OBSERVACIONES
					DESCONECCIÓN	PIZA	"Flejo a 9"	REALARAS	FILTROS	BASE	BASE (SI-PS)	MEMBR. (SI-MS)	SI-MS					
087	8.6	96.6	SI	SI	SI	SI	MA	SI	SI	SI	SI	MA	SI	SI	SI	SI	SI	Funciona Correctamente Walter L.