



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-MAN-PR-008
Version: 1
Fecha Actualizacion: 05/08/2018
Página 1 de 1

Fecha Remision: Remision #: Auxiliar Mantenimiento: No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Codigo Equipo: Mv-18480 Fecha Inicio: 10/2/21 7:36 Fecha Fin: 10/2/21 9:26

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO X FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCION, CANTIDAD, SI, REPORTE, SI, REFUEITO CAMBIADO. Includes a vertical label 'MANTENIMIENTO REPORTADO OPERADORES DE SERVICIO'.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

Table with columns: En Mantenimiento, HOROMETRO, PRESION, OMBIENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CODIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten notes: 'Mant. Preventivo'.

1. CICLADO Tiempo de la prueba: 90 min Genera Alarma: X

2. RUIDO EXTRAÑO 3. ESTADO DE MANGUERAS 4. SISTEMA DE REFRIGERACION

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES Buena 7. CONTROL DE TEMPERATURA Buena Si Con Sobrecalentamiento

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila S.S. V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Prueba de alarma' with results like 'Buena', 'OK', 'Cerrado'.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICAR EL BUEN ESTADO DE LAS LAMINAS REALIZADAS EN EL CONCENTRADOR

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Flujo + 0 (Cierre Solenoid)', 'Flujo Maximo', 'Desconexión eléctrica', 'Desconexión tarjeta de flujo', 'Activación de válvula de alivio'.

Table with columns: En Mantenimiento, HOROMETRO, PRESION, OMBIENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CODIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten notes: 'Cometas', 'fuerza, aumento', 'Wilber L.'.