CSPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Formato
Código
Versión
Fecha actualización
Página 1 de 1

Nombre Responsable | Remoción # | Ajuste Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Cuerpo Equipo: NV-450B | Fecha Inicio: 12/05/24 9:27 | Fecha Fin: 12/05/24 11:31

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	✓	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO		
						No		No
						No		No
						No		No
						No		No
						No		No
						No		No
						No		No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

Ej: Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Fuga a 4"	RELAJAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	(bar)	(x 1 PSI)	(MPa - kPa)	(lb-hr)	(lb-hr)	(lb-hr)	(LB-FT)	(lb-hr)	(lb-hr)	(lb-hr)	(LEER (lb-hr))	(REPARAR (lb-hr))	(lb-hr)	
18508	6.695.8	Si		Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. preventivo

1. CALADO — Tiempo de la prueba: 2 horas — Operación adecuada: X
2. RUIDO EXTRAÑO — Si: | No: X — 3. ESTADO DE MANGUERAS — Buen: X | Malas: | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION — Buen: X | Malo:
5. GANCHOS IDENTIFICADOS
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno — 7. CONTROL DE TEMPERATURA — Bueno: Si — Dar Mantenimiento:

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fuga	Se verifica correcta hermeticidad del equipo	Ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido de alarma o fuerte	fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnostico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	filtro interno	1			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga a 4 (Cierre Superior)	Se verifica activación de alarma a 4 (LED Rojo encendido y alarma)	Er
2	Fuga Interna	Se verifica activación de alarma cerrando la válvula (LED Rojo encendido y alarma)	lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma eléctrica	activo
4	Desconexión tarjeta de Red	Desconexión línea eléctrica	activo
5	Activación de valvula de alivio	Operación manguera de salida de gas de concentrador	activo
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

Ej: Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Fuga a 4"	RELAJAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	(bar)	(x 1 PSI)	(MPa - kPa)	(lb-hr)	(lb-hr)	(lb-hr)	(LB-FT)	(lb-hr)	(lb-hr)	(lb-hr)	(LEER (lb-hr))	(REPARAR (lb-hr))	(lb-hr)	
18508	6.395.1	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si			Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: [illegible]