

Fecha Remisión: _____ Ramo: _____ Aplicar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
 Código Equipo: **MP-3825 B** Fecha Inicio: **12/05/16** 9:10 Fecha Fin: **12/05/16** 10:46

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA
 SI: NO: FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CARGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (2-96)	Pila (2-98)	"Flujo a 0" (2-95)	RELLAS (2-94)	FILTROS (2-93)	BASE (2-92)				BASE (2-90)
	1569	6.496	9	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Para mantenimiento
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		90 min	Genero Alarma	X									
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena									
4. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena								Con Sobrecalentamiento

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OX
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OX
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OX
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OX
6	Otras		note
7	Otras		

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS INDICADAS PARA VERIFICAR LOS NIVELES DE LOS COMPONENTES REALIZADOS EN LA UNIDAD

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Cierre Agujero)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E5)	ES
2	Flujo Maestro	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-E5)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OX
4	Desconexión línea de flujo	Desconecta línea eléctrica	OX
5	Activación de válvula de alido	Operar manguera de salida de aire de compresor	OX
6	Otras		
6	Otras		
6	Otras		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CARGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (2-96)	Pila (2-98)	"Flujo a 0" (2-95)	RELLAS (2-94)	FILTROS (2-93)	BASE (2-92)				BASE (2-90)
	1569	6.296	2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Verificar constantemente

FIRMA MANTENIMIENTO: *[Signature]*