ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-PR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/09/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	2020080000160A	Fecha Inicio	14/5/21 12:10	Fecha Fin	14/5/21 13:47

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA, SOPORTADO/OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES FUNCIONALES DADOS POR PACIENTE

PRUEBAS DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6–7 PSI)	OXIGENO (95% – 99%)	FLUJOMETRO (53-64)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (53-64)	Pila (53-64)	"Flujo a 0" (LO-ES)	RELLAS (53-54)	FILTROS (53-54)	BASE (53-54)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (53-55)	BARRA (53-54)	RUEDAS (53-54)	OBSERVACIONES
	7699	6.4	97.8	5i	5i	5i	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	NO	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena		Malas
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X		Malo				
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento	

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Cumplido
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

REPUESTOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS DE SEGURIDAD

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

PRUEBAS DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6–7 PSI)	OXIGENO (94% – 99%)	FLUJOMETRO (53-64)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (53-64)	Pila (53-64)	"Flujo a 0" (LO-ES)	RELLAS (53-54)	FILTROS (53-54)	BASE (53-54)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (53-55)	BARRA (53-54)	RUEDAS (53-54)	OBSERVACIONES
	8101	6.2	97.8	5i	5i	5i	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correctivo preventivo

FIRMA MANTENIMIENTO