ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-PR-030
Version: 1	Fecha Actualizacion: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NP- 18898	Fecha Inicio	14/05/21 12:09	Fecha Fin	14/05/21 13:34

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

INVENTARIO REPORTADO DURANTE LA PRESTACION DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SOPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El-Ma)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (LL-Ma)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (El-Ma)	FILTROS (El-Ma)	BASE (El-Ma)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (El-MO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (LL-MO)	RUEDAS (El-Ma)	OBSERVACIONES
	1366	6.2	97.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mal Puerto

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	30 min	Generó Alarma	No		Si		Cual?			
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 6.6. V	Verifica voltaje de la pila	6,5 V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	Activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir mangueira de salida de aire de compresor	Activo
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El-Ma)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (LL-Ma)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (El-Ma)	FILTROS (El-Ma)	BASE (El-Ma)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (El-MO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (LL-MO)	RUEDAS (El-Ma)	OBSERVACIONES
	1369	6.1	96.9	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Ancora Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.