ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	OAD-MAM-PR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-3285B	Fecha Inicio	19/05/21 9:11	Fecha Fin	19/05/21 11:27

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SOLICITUD REPORTADO OPERACIÓN DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	O. REPORTE	REQUIERE CAMBIO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

LEVANTAMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90%-95%)	FLUJOMETRO (5l-6l)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-6s)	Pila (5l-6s)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l-6s)	FILTROS (5l-6s)	BASE (5l-6s)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l-6s)	MANILLA (5l-6s)	RUEDAS (5l-6s)	OBSERVACIONES
	11041	6.4	95.6	5l	5l	5l	ES	5l	5l	5l	5l	5l	5l	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2 horas	Generó Alarma	X		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo						
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	5l	Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o Sarto	Perfecto
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED flujo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	Activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Activo
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90%-95%)	FLUJOMETRO (5l-6l)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-6s)	Pila (5l-6s)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l-6s)	FILTROS (5l-6s)	BASE (5l-6s)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l-6s)	MANILLA (5l-6s)	RUEDAS (5l-6s)	OBSERVACIONES
	11043	6.2	93.0	5l	5l	5l	ES	5l	5l	5l	5l	5l	5l	Primera Corrección

FIRMA MANTENIMIENTO: Adriana G.