ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAO-MAN-PR-009
Version: 1	Fecha Actualización: 05/04/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-2950B | Fecha Inicio: 22/05/21 8:15 | Fecha Fin: 22/05/21 9:51

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

NOVEDAD REPORTADO DIFERENTE DE ENTREGA

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
			pilas laterales	2		SI [X]	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No

DETALLE NOVEDADES CAUSADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90%-95%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (S l/m)	Pila (S l/m)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (S l/m)	FILTROS (S l/m)	BASE (S l/m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (S l/m)	BARRA (S l/m)	RUEDAS (S l/m)	OBSERVACIONES
	1097	5.8	92.7	5l	5l	5l	ES	5l	5l	5l	5l	5l	5l	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	3min	Generó Alarma	No [ ]	Si [X]	Cual?	E1		
2. RUIDO EXTRAÑO	SI [ ]	NO [X]	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas [ ]	Malas [X]	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno [X]	Malo [ ]	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	5l	Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 6.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.90
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera humi.	1			

No.	Prueba / Simulacion	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo a LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	activo
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90%-95%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (S l/m)	Pila (S l/m)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (S l/m)	FILTROS (S l/m)	BASE (S l/m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (S l/m)	BARRA (S l/m)	RUEDAS (S l/m)	OBSERVACIONES
	1098	6.1	98.5	5l	5l	5l	ES	5l	5l	5l	5l	5l	5l	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.