ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAO-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2009
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: | Remisión #: | Asistir Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: MV-304B | Fecha Inicio: 22/05/21 6:55 | Fecha Fin: 22/05/21 8:43

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SISTEMA REPORTADO QUE ESTUVO DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90%-95%)	FLUJOMETRO (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-Min)	Pila (5l-Min)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l-Min)	FILTROS (5l-Min)	BASE (5l-Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l – 5G)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l – 5G)	RUEDAS (5l-Min)	OBSERVACIONES
	20794	6.4	97.4	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	NO	SI	Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI [ ]	NO [X]	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas [ ]	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno [X] Malo [ ]
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	SI	Con Sobrecalentamiento		

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.80
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK
6	Otros:		fuerte
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

REPUESTOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL – LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90%-95%)	FLUJOMETRO (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-Min)	Pila (5l-Min)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l-Min)	FILTROS (5l-Min)	BASE (5l-Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l – 5G)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l – 5G)	RUEDAS (5l-Min)	OBSERVACIONES
	20796	6.1	96.8	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.