ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Version: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: 7F5AB20220206000038 | Fecha Inicio: 22/05/21 6:54 | Fecha Fin: 22/-5/21 8:31

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	No REPORTE	REPUESTO CAMBIADO?	
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No

ENTRADAS REPORTADO OPERADOR DESCRIPCIÓN

DETALLES ADICIONALES DADOS POR EL CLIENTE:

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0" (LO-ES)	BOLLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(5-7 PSI)	(90%-95%)	(5l/Min)										
	627	67	97.8	5l	Si	Si	ES	Si	Si	Si	N/O	Si	Si	Mal a Perezoso

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90min	Generó Alarma	X	SI		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento		

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

REPUESTOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Roja o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Bueno
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	Bueno
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Bueno
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0" (LO-ES)	BOLLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(5-7 PSI)	(90%-95%)	(5l/Min)										
	629	6.6	97.7	5l	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.