ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: [illegible]
Versión: 1 | Fecha Actualización: 05/06/2019
Página 1 de 2

Fecha Recepción: | Revisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN - 1878 | Fecha Inicio: 25/05/21 11:19 | Fecha Fin: 26/05/21 7:50

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

HISTORIA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

ÁREA DE MANTENIMIENTO

PARÁMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (0-5 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-1 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Fila (0-1 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-CE)	REJILLAS (0-1 lts)	FILTROS (0-1 lts)	BASE (0-1 lts)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (01-100)	CÓDIGO DE BARRAS: MANILA (01-100)	RUEDAS (0-1 lts)
13267	6.3	85.6	5L	5:	5:	CE	5:	5:	5:	NO	5:	5:

OBSERVACIONES: Mant. Correctivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: Lhara | Guardó Alarma: No [ ] Si [X] | Cual?: Lo

2. RUIDO EXTRAÑO: SI [ ] NO [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buena [X] Mala [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena: 5: | Con Sobrecalentamiento:

DIAGNÓSTICO FALLAS

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifico voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electronicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Tamiz	2			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LE - EE)	CE
2	Flujo Nuevo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Roja y LED encendido y (LL-LO-CE)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	activo
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARÁMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (0-5 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-1 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Fila (0-1 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-CE)	REJILLAS (0-1 lts)	FILTROS (0-1 lts)	BASE (0-1 lts)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (01-100)	CÓDIGO DE BARRAS: MANILA (01-100)	RUEDAS (0-1 lts)
13271	6.2	96.9	5:	5:	5:	CE	5:	5:	5:	NO	5:	5:

OBSERVACIONES: Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]