OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	[illegible]
Version	[illegible]
Fecha	[illegible]
Pagina	1 de 1

Fecha remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	MV-3661B	Fecha inicio	29/05/21 9:21	Fecha fin	29/05/21 11:23

QUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	N. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HOROMETRO (Hrs)	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS	BASE (Si-No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	MANIJA (SI-NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	13806	6.6	91.9	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	X	Si		Cual?	

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bien	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Si	X	Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje [illegible]	4.40
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumatica del equipo	OK
3	Conexión electrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	OK
4	Conexion electronica	Se verifican las [illegible]	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido le de agudo a fuerte	agudo
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado	

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Filtro interno	1			

[illegible]

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activacion de alarma [illegible]	ES
2	Flujo Minimo	Se verifica activacion de alarma visual y [illegible] (LO-ES)	LO
3	Desconexion electrica	Activacion alarma [illegible]	OK
4	Desconexion tarjeta de flujo	Desconecta [illegible]	OK
5	Activacion de valvulas de alivio	[illegible]	OK
6	Otros		
8	Otros		
	Otros		

En Mantenimiento	HOROMETRO (Hrs)	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	MANIJA (SI-NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	13806	6.4	96.9	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.