ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-43688	Fecha Inicio	29/04/21 9:14	Fecha Fin	29/04/21 10:38

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES SUMINISTRADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (lb / Pulg)	CAUDAL (90% - 95%)	FLUXÓMETRO (lts/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (1 min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pita (5 min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo x 0" (LOAD)	BURBUJAS (No hay)	FILTROS (No hay)	FUGAS (No hay)	CODIGO DE BARRAS: BASE (No hay)	CODIGO DE BARRAS: MANGA (No hay)	RUEDAS (Cambio)	OBSERVACIONES
	3841	60	95	5	5	5	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min. 37	General Alarma	SI X	NO	Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	BX	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	BX	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena
7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena SI Con Sobrecalentamiento

8. PRUEBAS REALIZADAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.3v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión mecánica del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido a los siguientes ítems	Leve
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado	

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS REALIZADAS PARA VERIFICACIÓN DE CALIDAD DE LA ORDEN DE TRABAJO

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo + 0 (Cierre Suplementos)	Se verifica activación de alarma (LOAD)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LOAD)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Activo
4	Desconexión tanque de flujo	Desconexión línea eléctrica	Activo
5	Indicador de nivel de aire	Observar manguera en nivel de aire	Activo
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (lb / Pulg)	CAUDAL (90% - 95%)	FLUXÓMETRO (lts/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (1 min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pita (5 min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo x 0" (LOAD)	BURBUJAS (No hay)	FILTROS (No hay)	FUGAS (No hay)	CODIGO DE BARRAS: BASE (No hay)	CODIGO DE BARRAS: MANGA (No hay)	RUEDAS (Cambio)	OBSERVACIONES
	3843	61	94	5	5	5	ES	5	5	5	NO	5	5	Funciona Correctamente Instalmen G