OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Remisión		Remisión #		Acción Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	MN-1115B	Fecha Inicio	29/05/21 7:35	Fecha Fin	29/05/21 9:17

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLE [illegible] POR PACIENTE

[illegible] MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	10934	6.4	95.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO — Tiempo de la prueba: 90 min — [illegible]: X — Si — Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO — Si — No: X — 3. ESTADO DE MANGUERAS — Buenas: X — Malas — 4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN — Buena: X — Mala

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno — [illegible] — Buena: Si — Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila E.S. V	[illegible]	4.7v
2	Prueba de Fugas	[illegible] del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se [illegible]	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica [illegible]	perfecto
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado:

[illegible]

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

[illegible]

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo < 5 (Cierre flujómetro)	[illegible]	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación [illegible]	Lo
3	Desconexión eléctrica	[illegible]	OK
4	Desconexión [illegible] de flujo	[illegible]	OK
5	Activación de [illegible]	[illegible]	OK
6	Otros		
6	Otros		
7	Otros		

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	10936	6.1	93.1	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.