OXPro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO Código: [illegible] Versión: 1 Fecha Actualización: [illegible] Página 1 de [illegible]

Fecha remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	nor - 4303B	Fecha Inicio	29/05/24 7:33	Fecha Fin	29/05/24 9:12

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
	no		Acople plástico a tubo humidificador	1		Si X	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR PACIENTE

[illegible] MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	Flujo a 5	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	BANDAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(4-7 PSI)	(90% - 95%)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(LO-ES)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	Mant. Correctivo
	1445	6.497.1		Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	no	Si	Si	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	[illegible] Alarma	Si X		No		Cuál	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	**3. ESTADO DE MANGUERAS**	Bueno X		Malas	**4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN**	Bueno X / Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	[illegible] TEMPERATURA	[illegible]	Si	Con Sobrecalentamiento	

[illegible] DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	[illegible]	4.8 V
2	Prueba de Fugas	Se verifica control neumática del equipo	ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	ok
4	Conexión electrónica	Se ve[illegible] del equipo	ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado	

[illegible]

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

[illegible]

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo + 5 (Carro Suplemento)	Se verifica [illegible] (LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de [illegible] (LO-LO-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Bueno
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecte la [illegible]	Bueno
5	Activación de válvula de alivio	[illegible]	Bueno
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	Flujo a 5	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	BANDAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(4-7 PSI)	(90% - 95%)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(LO-ES)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	Correcto funcionamiento
	1453	6395.7		Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	no	Si	Si	FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]