



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: 020-334078/029
Version: 1 Fecha Actualización: 05/06/2016
Página 1 de 2

Fecha Recepción: Remisión #: Audite Mantenimiento: No. Orden:

Código Equipo: **AN-1484B** Fecha Inicio: **03/11/21 9:10** Fecha Fin: **03/11/21 10:49**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO **X** FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

Table with columns: PLAGA, DAÑO, ASISTENTE, CUANTIDAD, RECURSOS, PRODUCTO SANITIZADO. Includes 'SI' and 'No' checkboxes for each row.

DETALLE DE DAÑOS Y/O REPARACIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, FILTRILAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten notes like 'Mto! proventus' and 'Bueno'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Prueba de alarma'.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT.

Prueba / Simulación: No., Descripción, Resultado. Includes tests like 'Pila # 0 (Cierre Fajón)', 'Pujó Máquina', 'Desconexión eléctrica', 'Desconexión tarjeta de Pujó', 'Activación de válvula de alivio'.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, FILTRILAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten notes like 'Funciona Correctamente' and 'Wilmer G.'.